



Tuotenumero 1999914223



Classic

Tutkimuskäsineet, ABENA Classic, XXL, sininen, nitrili, puuteriton

- ✓ Joustava materiaali, joka istuu hyvin käteen
- ✓ Erittäin pehmeä
- ✓ Erittäin hyvä tuntoherkkyys
- ✓ Ei sisällä lateksiproteiineja



CAT III



Tuotekuvaus

Nämä ABENAn joustavat nitrilikäsineet tarjoavat erinomaista laatua säilyttäen samalla korkean hygieniatason. Käsineet mukautuvat käden muotoon käytön aikana ja tarjoavat korkean kosketusherakkyden. Kertakäyttökäsineemme soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten siivoustehtäviin, potilaan hoitoon, elintarvikkeiden käsittelyyn, laboratoriotyöhön, lääkkeiden käsittelyyn, kemoterapiaan ja kosketukseen hormonivoiteiden kanssa. ABENAn sinisiä nitrilikäsineitä on saatavilla eri kokoisina eivätkä ne sisällä lateksiproteiineja, joten niitä on turvallista käyttää myös lateksiallergiikoille.



MEDIUM GRIP



EN374-5:2016

374-1:2016/Type B



AQL 1.5

EN 455 EN ISO 21420

Tuuteominaisuudet

Lyhyt nimi	Tutkimuskäsineet
Brändi	ABENA
Alabrändi	Classic
Koko	XXL
Väri	Sininen
Ominaisuudet	Karhennetut sormenpäät, lateksiton, kohtalainen pito, rullareuna, herkkä
Ominaisuudet	Puuteriton
Yksi vai useampi käyttökerta	Kertakäyttöinen
Materiaali	Nitrili
Tekniset ainesosat	Nitrile NBR, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxide, Wingstay L, Chlorine
Pituus/syvyyys	240 mm
Leveys	115 mm
Nettopaino	3.6 g
Paksuus	0,08 +/- 0,02 mm
Todistukset	CE. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit. CAT III. MD.
CE-luokitus	CAT III
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, AQL 1.5, EN 455, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 21420:2020
Direktiivit, asetukset ja säädökset	(EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Tuotteen koostumuksesta johtuen sillä on viimeinen käyttöpäivä, joka on laskettu valmistuspäivästä alkaen:	5 vuotta

Säilytysohjeet	Säilytä kuivassa, puhtaassa ja huoneenlämmössä.
Tuotteen hävittämisohteet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.
Pakkauksen hävittämisohteet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.

Käyttöohjeet

Tarkista käsi- ja kasineet mahdollisten vikojen osalta ennen käyttöä.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	10 pkt	28.3 cm	25.9 cm	26 cm	5713571005514
pkt	100 kpl	46.4 cm	14.8 cm	19.4 cm	5713571005507



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformance Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



Kaikilla luokan III henkilösuojaimilla on oltava kolmannen osapuolen tyyppihyväksyntä. CAT III -tuotteissa tulee olla sen ilmoitetun laitoksen numero, joka on antanut kolmannen osapuolen vahvistuksen tuotteen turvallisuudelle.



Lasi ja haarukka -symboli takaa, että tuotteet täyttävät EU:n lainsäädännön elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asettamat vaatimukset. Tämä symboli on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.



Ei sisällä lateksia.



Karhennetut sormenpäät.



Käsi- ja kasineissa on keskivahva pito.



Käsi- ja kasineen pituus on 240 mm.

EN374-5:2016



Standardi määrittelee vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsi- ja kasineita koskevat vaatimukset. Tämä standardin osa kuvaa käsi- ja kasineen kykyä vastustaa bakteerien, sienien ja virusten läpikäymistä.

374-1:2016/Type B



Standardi määrittelee kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsi- ja kasineita koskevat vaatimukset. Tyyppi B on testattu vähintään 30 minuutin tunkeutumisajan suhteen kemikaaleille, jotka ovat 40% natriumhydroksidi, 30% vetyperoksidi ja 37% formaldehydi.

**EN
455**

EN 455 koostuu neljästä standardista, joiden mukaan käsineet on testattava, jotta ne hyväksytään terveydenhuollossa käytettäväksi käsineiksi. Tämä standardi määrittelee kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsineitä koskevat vaatimukset.

**EN ISO
21420**

Tämä standardi määrittelee yleiset vaatimukset ja asiaankuuluvat testausmenettelyt käsineiden suunnittelulle ja rakenteelle, vaarattomuudelle, mukavuudelle ja tehokkuudelle sekä valmistajan toimittamat merkinnät ja tiedot, jotka koskevat kaikkia suojakäsineitä.

