

GETINGE CHECK BOWIE-DICK MINI PACK 134°C

Tuotetiedot

KUVAUS

Geringe Check Bowie-Dick Mini Pack 134 °C -testipakkaus on tarkoitettu sellaisten esityhjiötä käyttävien höyrysterilointilaitteiden päivittäiseen seurantaan, jotka toimivat 134 °C:n lämpötilassa 3,5 minuutin ajan. Bowie-Dick Mini Pack -testipakkaus on suunniteltu käytettäväksi sterilointilaitteissa, joissa on ISO 11140-4 -standardin mukaiset sub- tai trans-atmosfääriset prosessit.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET

Jos sterilointilaitteen kammiossa ei ole havaittavissa määrin ilmaa tyhjiöiden muodostamisen jälkeen, höyry imeytyy testikortin keskelle pakkauksen sisään ja muuttaa indikaattorikortin kauttaaltaan vihreäksi. Jos ilmaa on hieman ja se riittää aiheuttamaan kahden asteen lämpötilan laskun ISO 11140-4 Bowie-Dick -pyyhepakkauksen keskelle, ilma kerääntyy keskelle jättäen kortin keskikohdan kauttaaltaan purppuraksi vihreän sijaan.

FYYSISET OMINAISUUDET

Laminointi: ylhäällä ja alhaalla.

Kortin mitat: pit. 90 mm x lev. 46 mm

Pakkaus: 30 testipakkausta.

YMPÄRISTÖRAJOITUKSET

Säilytys: Mukana tulleessa tiiviissä pakkauksessa huoneenlämpötilassa (10 ... 38 °C) suhteellisen kosteuden ollessa 10 - 60 %. Suojaa kosteudelta ja ilmakehän kosteudelta.

SÄILYVYYS

24 kuukautta.

Viimeinen käyttöpäivä on painettu tuotepakkaukseen.

STANDARDIEN MUKAINEN LUOKITUS

ISO 11140-4:2007 -standardin Luokan 2 mukainen koskien erityisissä testeissä käytettäviä indikaattoreita.

TILAUSTIEDOT

Geringe Check	Tilausnumero
Bowie-Dick Mini Pack 134°C	6001155600

